



Tuotenumero 1000006806



Excellent

**Tutkimuskäsineet, kiihdytinvaapat,
ABENA Excellent, L, tummansininen,
nitrili, puuteriton, kiihdytinvaapa**

- ✓ Joustava
- ✓ Käteen hyvin istuva
- ✓ Ei sisällä lateksiaproteiineja
- ✓ Kiihdytinvaapa

CAT
III

Tuotekuvaus

Joustava tutkimuskäsine, kiihdytinvaapa. Voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten siivoukseen, hoitotehtäviin, ruoan käsittelyyn, laboratorio-työtehtäviin, lääkkeiden käsittelyyn, sytostaattien ja hormonivoiteiden käsittelyyn. Ei sisällä lateksiaproteiineja eikä kiihdyttimiä. Turvallinen käytettäväksi lateksiallergia- ja kumikemikaalikosketusallergiatapauksissa.


MEDIUM
GRIP

240 mm

EN374-5:2016



VIRUS

AQL
1.5EN
455EN ISO
21420

Tuot ominaisuudet

Lyhyt nimi	Tutkimuskäsineet, kiihdytinvaapat
Brändi	ABENA
Alabrändi	Excellent
Koko	L
Värin sävy	Tummansininen
Ominaisuudet	Kiihdytinvaapa, karhennetut sormenpäät, lateksiton, keskitason pito, rullareuna
Ominaisuudet	Puuteriton, kiihdytinvaapa
Yksi vai useampi käyttökerta	Kertakäyttöinen
Materiaali	Nitrili
Tekniset ainesosat	Nitrile NBR, Zinc oxide, Potassium Hydroxide, Titanium Dioxide, Blue pigment
Pituus/syvyys	240 mm
Leveys	105 mm
Paksuus	Min. 0,05 mm
Todistukset	CE, Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, CAT III, MD
CE-luokitus	CAT III
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 21420:2020
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745, (EU) 2016/425, (EY) N:o 1935/2004, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EY) N:o 2023/2006
Tuotteen koostumuksesta johtuen sillä on viimeinen käyttöpäivä, joka on laskettu valmistuspäivästä alkaen:	3 vuotta
Säilytysohjeet	Varastointi kuivassa ja puhtaassa paikassa huoneenlämmössä.
Tuotteen hävittämishjeet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

Pakkauksen hävittämisohejeet

Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

Käyttöohjeet

Tarkista käsiheet mahdollisten vikojen osalta ennen käyttöä.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	2000 kpl	36.5 cm	25 cm	24.5 cm	5703538056734
pkt	200 kpl	24 cm	12 cm	7 cm	5703538056680
paria	2 kpl	0 cm	0 cm	0 cm	
kpl	1 kpl				



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinällisille laitteille.



Lasi ja haarukka -symboli takaa, että tuotteet täyttävät EU:n lainsäädännön elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asettamat vaatimukset. Tämä symboli on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.



Kaikilla luokan III henkilönsuojaimilla on oltava kolmannen osapuolen tyyppihyväksyntä. CAT III -tuotteissa tulee olla sen ilmoitetun laitoksen numero, joka on antanut kolmannen osapuolen vahvistuksen tuotteen turvallisuudelle.



Ei sisällä lateksia.



Karhennetut sormenpäät.



Käsineessä on keskivahva pito.



Käsineen pituus on 240 mm.

EN374-5:2016



Standardi määrittelee vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tämä standardin osa kuvaa käsineen kykyä vastustaa bakteerien, sienien ja virusten läpikäsyä.



EN 455 koostuu neljästä standardista, joiden mukaan käsineet on testattava, jotta ne hyväksytään terveydenhuollossa käytettäväksi käsineiksi. Tämä standardi määrittelee kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsineitä koskevat vaatimukset.



Standardi määrittelee kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tyyppi B on testattu vähintään 30 minuutin tunkeutumisajan suhteen kemikaaleille, jotka ovat 40% natriumhydroksidi, 30% vetyperoksidi ja 37% formaldehydi.

**EN ISO
21420**

Tämä standardi määrittelee yleiset vaatimukset ja asiaankuuluvat testausmenettelyt käsineiden suunnittelulle ja rakenteelle, vaarattomuudelle, mukavuudelle ja tehokkuudelle sekä valmistajan toimittamat merkinnät ja tiedot, jotka koskevat kaikkia suojakäsineitä.

