



Tuotenumero 1000006807



Excellent

**Tutkimuskäsineet, kiihdytinvapaat,
ABENA Excellent, XL, tummansininen,
nitrili, puuteriton, kiihdytinvapaa**

- ✓ Joustava
- ✓ Käteen hyvin istuva
- ✓ Ei sisällä lateksiaproteiineja
- ✓ Kiihdytinvapaa



Tuotekuvaus

Joustava tutkimuskäsine, kiihdytinvapaa. Voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten siivoukseen, hoitotehtäviin, ruoan käsittelyyn, laboratorio-työtehtäviin, lääkkeiden käsittelyyn, sytostaattien ja hormonivoiteiden käsittelyyn. Ei sisällä lateksiaproteiineja eikä kiihdyttämiä. Turvallinen käytettäväksi lateksiallergia- ja kumikemikaalikosketusallergiatapauksissa.

MEDIUM
GRIP

EN374-5:2016

EN
455AQL
1.5374-1:2016/
Type BEN ISO
21420

Tuoteominaisuudet

Lyhyt nimi	Tutkimuskäsineet, kiihdytinvapaat
Brändi	ABENA
Alabrändi	Excellent
Koko	XL
Värin sävy	Tummansininen
Ominaisuudet	Kiihdytinvapaa, karhennetut sormenpäät, lateksiton, kohtalainen pito, rullareuna
Ominaisuudet	Puuteriton, kiihdytinvapaa
Yksi vai useampi käyttökerta	Kertakäyttöinen
Materiaali	Nitrili
Ainesosat/koostumus	Nitrili-butadieenikumi, sinkkioksidi, kaliumhydroksidi, titaanidioksidi, sininen väriaine
Ainesosaluettelo	Nitrile NBR, Zinc oxide, Potassium Hydroxide, Titanium Dioxide, Blue pigment
Pituus/syvyys	240 mm
Leveys	115 mm
Paksuus	Min. 0,05 mm
Todistukset	CE. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit. CAT III. MD.
CE-luokitus	CAT III
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	EN 374-5:2016 VIRUS, EN 455, AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019
Direktiivit, asetukset ja säädökset	(EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Säilyvyysaika	3 vuotta
Säilytysohjeet	Säilytä kuivassa, puhtaassa ja huoneenlämmössä.
Tuotteen hävittämishjeet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

Pakkauksen hävittämisohejeet

Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

Käyttöohjeet

Tarkista käsi- ja välineet mahdollisten vikojen osalta ennen käyttöä.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	2000 kpl	37 cm	25 cm	25 cm	5703538056765
pkt	200 kpl	24 cm	12.4 cm	7.5 cm	5703538056758
paria	2 kpl				
kpl	1 kpl				



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



Kaikilla luokan III henkilönsuojaimilla on oltava kolmannen osapuolen tyyppihyväksyntä. CAT III -tuotteissa tulee olla sen ilmoitetun laitoksen numero, joka on antanut kolmannen osapuolen vahvistuksen tuotteen turvallisuudelle.



Lasi ja haarukka -symboli takaa, että tuotteet täyttävät EU:n lainsäädännön elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asettamat vaatimukset. Tämä symboli on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.



Ei sisällä lateksia.



Karhennetut sormenpäät.



Käsineessä on keskivahva pito.



Käsineen pituus on 240 mm.



Standardi määrittelee vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsi- ja välineitä koskevat vaatimukset. Tämä standardin osa kuvaa käsineen kykyä vastustaa bakteerien, sienien ja virusten läpikäymistä.



EN 455 koostuu neljästä standardista, joiden mukaan käsi- ja välineet on testattava, jotta ne hyväksytään terveydenhuollossa käytettäväksi käsi- ja välineiksi. Tämä standardi määrittelee kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsi- ja välineitä koskevat vaatimukset.



Standardi määrittelee kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tyyppi B on testattu vähintään 30 minuutin tunkeutumisajan suhteen kemikaaleille, jotka ovat 40% natriumhydroksidi, 30% vetyperoksidi ja 37% formaldehydi.

**EN ISO
21420**

Tämä standardi määrittelee yleiset vaatimukset ja asiaankuuluvat testausmenettelyt käsineiden suunnittelulle ja rakenteelle, vaarattomuudelle, mukavuudelle ja tehokkuudelle sekä valmistajan toimittamat merkinnät ja tiedot, jotka koskevat kaikkia suojakäsineitä.

