

EN Instructions for Use PPE Products for Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.
These gloves are in conformity with Regulation (EU) 2016/425 (Personal Protective Equipment). The gloves comply with EN420:2003+A1:2009.

USE:
For Single Use Only
Regulation (EU) 2016/425 category III product of complex design. The gloves are designed to provide a barrier to microorganisms. The gloves are liquid resistant and can be used for splash protection against certain chemicals. Please consult Mölnlycke Health Care if more information is required on the level of performance of the gloves with specific chemicals.
Chemical data is available from Mölnlycke Health Care.

The actual duration of protection provided in the workplace may vary considerably from these performance levels due to other factors influencing the performance, such as temperature, abrasion, degradation.

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only [except in cases where the glove is equal to or over 400mm – where the cuff is tested also] and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

PRECAUTIONS:
Gloves damaged in use should be removed and replaced as soon as damage is detected.

DISPOSAL:
Used gloves/sleeves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Dispose of according to Local Authority Regulations.

EU type examination certificate from BSI Group [No 2797] and is the notified body for Regulation (EU) 2016/425: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

For Declaration of Conformity, please refer to www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type C



The gloves are available in size 5.5 to 9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

The gloves are available in size 5.5 to 8.5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

DE Gebrauchsanweisung für PSA-Produkte für Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.
Diese Handschuhe stimmen mit der Verordnung (EU) 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung) überein und erfüllen die Norm EN420:2003+A1:2009.

VERWENDUNG:
Nur zum Einmalgebrauch
Vorschrift (UE) 2016/425, Kategorie III Produkt mit komplexem Design. Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie eine Barriere gegen Mikroorganismen bilden. Die Handschuhe sind flüssigkeitsbeständig und können als Spritzschutz gegen bestimmte Chemikalien eingesetzt werden. Bitte wenden Sie sich an Mölnlycke Health Care, falls Sie weitere Informationen zum Leistungsniveau der Handschuhe bei bestimmten Chemikalien benötigen.
Chemische Daten sind bei Mölnlycke Health Care erhältlich.

Die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz kann aufgrund anderer, leistungsbeeinträchtigender Faktoren wie Temperatur, Abriebfestigkeit und Verschleiß erheblich von diesen Leistungsniveaus abweichen.

Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider.

Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben, die ausschließlich aus der Handfläche entnommen wurden (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich oder größer als 400 mm ist, d. h. auch die Manschette getestet wird), beurteilt und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Die chemische Beständigkeit kann sich ändern, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

Es wird empfohlen, die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abriebfestigkeit und Verschleiß von der Typprüfung abweichen können.

Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Beständigkeit gegenüber gefährlichen Chemikalien aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften geringer sein. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Verschlechterung bzw. Zersetzung durch Kontakt mit Chemikalien usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Zersetzung der wichtigste Faktor bei der Auswahl chemikalienbeständiger Handschuhe sein.

Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Mängel oder Herstellungsfehler.

Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf die geprüften Muster.

WARNHINWEISE:
Handschuhe, die während des Gebrauchs beschädigt wurden, sollten entfernt und ersetzt werden, sobald Beschädigungen festgestellt werden.

ENTSORGUNG:
Gebrauchte Handschuhe/Ärmel können mit infektiösen oder anderen gefährlichen Stoffen kontaminiert sein. Entsorgen Sie sie gemäß den Vorschriften der örtlichen behördlichen Vorschriften.

EU-Baumusterprüfbescheinigung von der BSI Group [Nr. 2797] und benannte Stelle für die Verordnung (EU) 2016/425: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Die Konformitätserklärung erhalten Sie unter www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type C



Die Handschuhe sind in den Größen 5,5 bis 9 erhältlich [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

Die Handschuhe sind in den Größen 5,5 bis 8,5 erhältlich [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

ES Instrucciones de uso de productos EPI para Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.
Estos guantes cumplen con el Reglamento (UE) 2016/425 (sobre equipos de protección individual) y con la norma EN420:2003+A1:2009.

USO:
De un solo uso
Producto de diseño complejo perteneciente a la categoría III del Reglamento (UE) 2016/425. Los guantes han sido diseñados para proporcionar una barrera contra microorganismos. Los guantes son resistentes a los líquidos y pueden usarse como protección contra las salpicaduras de algunas sustancias químicas. Consulte Mölnlycke Health Care si necesita más información acerca del nivel de rendimiento de los guantes con sustancias químicas específicas.
Los datos químicos están disponibles desde Mölnlycke Health Care.

La duración real de la protección ofrecida en el lugar de trabajo puede variar considerablemente respecto a estos niveles de rendimiento debido a otros factores que pueden influenciar en el rendimiento (como la temperatura, la abrasión y la degradación).

Esta información no muestra la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y sustancias químicas puros.

La resistencia a las sustancias químicas ha sido evaluada en situaciones de laboratorio, a partir de muestras tomadas únicamente en la palma [excepto en los casos en los que el guante tiene o supera 400 mm, donde también se analiza el puño] y está asociada solo a la sustancia química analizada. Puede ser diferente si la sustancia se utiliza en una mezcla.

Se recomienda comprobar que los guantes son aptos para el uso previsto puesto que, dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación, las condiciones del lugar de trabajo pueden ser distintas a las del ensayo de tipo.

Cuando use los guantes de protección, puede que estos ofrezcan una menor resistencia a las sustancias químicas peligrosas debido a cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, los enganches, los roces y la degradación causada por el contacto con sustancias químicas pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En cuanto a los productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar guantes resistentes a las sustancias químicas.

Antes de usar los guantes, revíselos para comprobar si tienen algún defecto o imperfección.

La resistencia a la penetración ha sido evaluada en situaciones de laboratorio y está asociada solo a la muestra analizada.

PRECAUCIONES:
Los guantes dañados durante el uso deben retirarse y sustituirse tan pronto como se detecte el daño.

ELIMINACIÓN:
Los guantes o las mangas usados pueden estar contaminados con elementos infecciosos u otros materiales peligrosos. Elimine el producto según las normativas de las autoridades locales.

El certificado de examen UE de tipo fue elaborado por BSI Group [n.º 2797], que es el organismo notificado para el Reglamento (UE) 2016/425: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Para ver la declaración de conformidad, consulte www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type C



Los guantes están disponibles en las tallas comprendidas entre la 5,5 y la 9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

Los guantes están disponibles en las tallas comprendidas entre la 5,5 y la 8,5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

FR Mode d'emploi pour l'utilisation de produits EPI pour les gants Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.
Ces gants sont conformes au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et à la norme EN420:2003+A1:2009.

UTILISATION :
À usage unique uniquement
Règlement (UE) 2016/425, catégorie III, équipements de protection de conception complexe. Les gants sont conçus pour fournir une barrière contre les micro-organismes. Ces gants sont étanches aux liquides et peuvent être utilisés comme protection contre les éclaboussures de certains produits chimiques.
Veuillez consulter Mölnlycke Health Care pour plus d'informations concernant le niveau de performance des gants lors de l'utilisation de produits chimiques spécifiques.
Les données relatives aux produits chimiques sont disponibles auprès de Mölnlycke Health Care.
La durée réelle de protection prévue en milieu de travail peut varier considérablement par rapport à ces niveaux de performance en raison d'autres facteurs influençant les performances tels que la température, les frottements et la dégradation.

Ces informations ne reflètent pas la durée effective de protection en milieu de travail ni la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs.

La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés au niveau de la paume unique (sauf si la longueur du gant est égale ou supérieure à 400 mm, où la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut varier si le produit chimique est utilisé dans un mélange.

Il est recommandé de vérifier si les gants sont adaptés à l'usage prévu, car les conditions en milieu de travail peuvent différer de l'essai réalisé en fonction de la température, des frottements et de la dégradation.

Lors de leur utilisation, les gants de protection peuvent être moins résistants aux produits chimiques dangereux suite à des modifications des propriétés physiques. Les mouvements, accrocs, frottements et dégradations causés, entre autres, par le contact avec un produit chimique etc. peuvent diminuer significativement le temps réel d'utilisation. En ce qui concerne les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix de gants résistants aux produits chimiques.

Avant d'utiliser les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ou imperfection.

La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que les échantillons testés.

PRÉCAUTIONS D'EMPOI :
Les gants endommagés pendant leur utilisation doivent être retirés et remplacés dès que leur détérioration est constatée.

MISE AU REBUT :
Les manchettes/gants utilisés peuvent être contaminés par des substances infectieuses ou dangereuses. Veuillez les éliminer conformément aux réglementations locales.

Attestation d'examen CE de type délivrée par BSI Group [nº 2797], l'organisme notifié pour le règlement (UE) 2016/425 : BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Pour en savoir plus sur la déclaration de conformité, veuillez consulter le site www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type C



Les gants sont disponibles dans les tailles 5.5 à 9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

Les gants sont disponibles dans les tailles 5.5 à 8.5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

PT Instruções de utilização de Produtos EPI para Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.
Estas luvas estão em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 [Equipamentos de Proteção Individual] e com a EN420:2003+A1:2009.

UTILIZAÇÃO:
Para apenas uma utilização
Produto de design complexo da categoria III do Regulamento (UE) 2016/425. As luvas são concebidas para proporcionar uma barreira contra micro-organismos. As luvas são resistentes a líquidos e podem ser usadas para proteger dos salpicos de alguns produtos químicos. Consulte a Mölnlycke Health Care se necessitar de mais informação sobre o nível de desempenho das luvas com produtos químicos específicos.
A Mölnlycke Health Care disponibiliza dados sobre produtos químicos.

A efetiva duração da proteção providenciada no local de trabalho pode variar consideravelmente destes níveis de desempenho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão e a degradação.

Esta informação não reflete a efetiva duração da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros.

A resistência a produtos químicos foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras apenas da palma [exceto em casos em que a luva tem 400 mm ou mais - em que o punho também é testado] e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado numa mistura.

Recomenda-se que se verifique se as luvas são adequadas para a utilização pretendida, dado que as condições no local de trabalho podem ser diferentes das do teste tipo, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.

Quando usadas, as luvas protetoras podem proporcionar menos resistência aos produtos químicos perigosos, devido a alterações nas propriedades físicas. Os movimentos, o facto de serem repuxadas, a fricção e a degradação provocada pelo contacto com produtos químicos, etc., podem reduzir significativamente o tempo de utilização efetivo. Quando se trata de produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ter em consideração ao selecionar luvas resistentes a produtos químicos.

Antes de utilizar, verifique se as luvas têm defeitos ou imperfeições.

A resistência à penetração foi avaliada em condições laboratoriais e refere-se apenas à amostra testada.

PRECAUÇÕES:
As luvas danificadas durante a utilização devem ser removidas e substituídas assim que o dano é detetado.

ELIMINAÇÃO:
As luvas/mangas utilizadas podem ser contaminadas com materiais infecciosos ou perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos das autoridades locais.

Certificado de exame CE de tipo do BSI Group [N.º 2797], organismo notificado para a regulamentação (UE) 2016/425: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Para aceder à Declaração de Conformidade, consulte www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type C



As luvas estão disponíveis nos tamanhos 5.5 a 9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

As luvas estão disponíveis nos tamanhos 5.5 a 8.5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

IT Istruzioni per l'uso dei prodotti DPI Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.
Questi guanti sono conformi al Regolamento (UE) 2016/425 [dispositivi di protezione individuale]. Inoltre sono conformi alla norma EN420:2003+A1:2009.

USO:
Il prodotto è monouso
Dispositivo di categoria III di progettazione complessa, secondo il Regolamento (UE) 2016/425. I guanti sono stati progettati per fornire una barriera protettiva contro i microorganismi. I guanti sono resistenti ai liquidi e possono essere utilizzati per la protezione dagli spruzzi di sostanze chimiche.
Veuillez consulter Mölnlycke Health Care per ulteriori informazioni sul livello di prestazione dei guanti con sostanze chimiche specifiche.
I dati relativi all'esposizione a sostanze chimiche sono disponibili presso Mölnlycke Health Care

Le prestazioni del guanto in condizioni specifiche di impiego finale potrebbero variare considerevolmente rispetto ai livelli di performance indicati, se influenzate da altri fattori come temperatura, abrasione e degradazione.

Queste informazioni non indicano la durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro e la differenza tra l'utilizzo di sostanze chimiche in miscela o pure.

La resistenza alle sostanze chimiche è stata valutata in ambiente di laboratorio sulla base di campioni testati unicamente sul palmo [eccetto nei casi in cui il guanto è pari o superiore a 400 mm, ove viene testato anche il polsino] e si riferisce solamente alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in miscela.

Si raccomanda di controllare che i guanti siano idonei alle indicazioni d'uso, poiché i modi di utilizzo finale possono differire dalle condizioni dei test, in base a temperatura, abrasione e degradazione.

Durante l'utilizzo, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alle sostanze chimiche pericolose a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, frizione, sfregamenti, degradazione causata dal contatto con sostanze chimiche, ecc., possono ridurre significativamente l'effettivo tempo di utilizzo. In caso di utilizzo di sostanze chimiche corrosive, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare per la scelta del guanto.

Prima dell'utilizzo, ispezionare i guanti per verificare che non ci siano difetti o imperfezioni.

La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.

PRECAUZIONI:
I guanti danneggiati durante l'uso devono essere rimossi e sostituiti non appena viene rilevato il danno.

SMALTIMENTO:
Guanti/maniche usati possono essere contaminati da materiali infettivi e pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali vigenti.

Il certificato di esame di tipo UE è rilasciato da BSI Group [n. 2797] ed è l'organismo notificato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Per la dichiarazione di conformità, consultare il sito www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type C



I guanti sono disponibili nelle misure comprese tra 5,5 e 9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

I guanti sono disponibili nelle misure comprese tra 5,5 e 8,5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

SV Bruksanvisning för skyddsprodukterna Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.
Dessa handskar överensstämmer med förordning [EU] 2016/425 [personlig skyddsutrustning]. Handskarna följer standarden EN 420:2003+A1:2009.

ANVÄNDNING:

Endast för engångsbruk

Produktet med komplicerad utformning, kategori III i förordning [EU] 2016/425. Handskarna är utformade för att tillhandahålla en skyddande barriär mot mikroorganismer. Handskarna är vätskeavstötande och kan användas som stänkskydd mot vissa kemikalier.
Kontakta Mölnlycke Health Care om du behöver mer information gällande handskarnas prestandanivåer i samband med specifika kemikalier.
Kemiska data kan erhållas från Mölnlycke Health Care.

Skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen kan avsevärt variera från dessa prestandanivåer på grund av andra faktorer som påverkar prestandan, som temperatur, nötning och slitage.

Denna information avser inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen och differentieringen mellan blandningar och outspädda kemikalier.

Den kemiska motståndskraften har utvärderats under laboratorieförhållanden från prover som tagits endast från handflatan (förutom för handskar med en handskrage på 400 mm eller längre – då även handskragen testas) och avser endast den kemikalie som har testats. Motståndskraften kan variera om kemikalien används i en blandning.

Vi rekommenderar att en kontroll utförs av handskens lämplighet för det avsedda ändamålet eftersom arbetsförhållandena kan skilja sig åt från typprovet beroende på temperatur, nötning och slitage.

Användning av handskan kan förändra dess fysiska egenskaper och därmed tillhandahålla ett mindre motstånd mot den farliga kemikalien Faktorer som rörelse, upphakning, gnidning, slitage på grund av kontakt med kemikalien etc, kan avsevärt minska den faktiska användningstiden. Slitage är ofta den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid valet av kemikaliebeständiga handskar som skyddar mot frätande kemikalier.

Inspektera handskarna före användning, med avseende på defekter eller skador.

Penetrationsmotståndet har testats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade preparatet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Handskar som skadats vid användning ska bytas ut så snart skadan har upptäckts.

KASSERING:

Uttjänta handskar/ärmar kan vara kontaminerade med smittsamma ämnen eller andra farliga ämnen. Kassera enligt lokala föreskrifter.

EU-typkontrollintyg från BSI Group [nr 2797] som är det anmälda organet för förordningen [EU] 2016/425: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Försäkran om överensstämmelse finns på www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type C



Handskarna finns i storlek 5,5–9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

Handskarna finns i storlek 5,5–8,5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

FI Bruksanvisning PVU-produkter för Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.

Disse hanskene er i overensstemmelse med forordning [EU] 2016/425 [personlig verneutstyr]. Hanskene samsvarer med EN420:2003+A1:2009.

BRUK:

Kun til engangsbruk

Forordning [EU] 2016/425 kategori III, produkt med kompleks design. Hanskene er designet for å danne barriere mot mikroorganismer. Hanskene er væskebestandige og kan brukes som sprutbeskyttelse mot bestemte kjemikalier. Kontakt Mölnlycke Health Care ved behov for mer informasjon om hanskens beskyttelsesnivå mot spesifikke kjemikalier.
Kjemiske data er tilgjengelig fra Mölnlycke Health Care.

Beskyttelsens faktiske varighet på arbeidsplassen kan avvike vesentlig fra disse beskyttelsesnivåene på grunn av andre faktorer som påvirker ytelsen, for eksempel temperatur, slitasje og nedbrytning.

Denne informasjonen gjenspeiler ikke beskyttelsens faktiske varighet på arbeidsplassen eller differensieringen mellom miksturer og rene kjemikalier.

Den kjemiske motstanden er evaluert under laboratorieforhold kun med prøver hentet fra håndflaten (unntatt i tilfeller der hanskens lengde er minst 400 mm – der mansjettene også er testet), og gjelder kun det testede kjemikaliyet. Motstanden kan avvike hvis kjemikaliyet brukes i en mikstur.

Det anbefales å kontrollere at hanskene er egnet for det tiltenkte bruksområdet, fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra typetesten, avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning.

Under bruk kan vernehansker yte mindre motstand mot det farlige kjemikaliyet som følge av endringer i de fysiske egenskapene. Bevegelser, fastheking, gnidning, nedbrytning som følge av kjemisk kontakt osv. kan redusere den faktiske brukstiden vesentlig. For korroderende kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å overveie ved valg av kjemisk motstandige hansker.

Inspiser hanskene for feil før bruk.

Motstanden mot penetrasjon er evaluert under laboratorieforhold, og gjelder kun den testede prøven.

FORHOLDSREGLER:

Hansker som er blitt skadet ved bruk skal fjernes og erstattes så snart som mulig.

AVFALLSHÅNDTERING:

Brukte hansker/mansjetter kan være kontaminert med smittefarlig eller annet farlig materiale. Skal kasseres ifølge gjeldende bestemmelser.

EU-typegodkjenningssertifikat fra BSI Group [nr. 2797] og teknisk kontrollorgan for forordning [EU] 2016/425: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Se samsvarserklæring på www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type C



Hanskene er tilgjengelige i størrelse 5,5 til 9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

Hanskene er tilgjengelige i størrelse 5,5 til 8,5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

DE Brugervejledning, personlige værnemidler, for Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.

Disse handsker er i overensstemmelse med forordning [EU] nr. 2016/425 [personlige værnemidler]. Handskerne overholder EN 420:2003 + A1:2009.

ANVENDELSE:

Kun til engangsbrug

Forordning [EU] nr. 2016/425 kategori III-produkt i komplekst design. Handskerne er beregnet til at udføre en barriere mod mikroorganismer. Handskerne er væskemodstandsdytige og kan anvendes som stænbeskyttelse mod visse kemikalier.

Kontakt venligst Mölnlycke Health Care, hvis der er behov for yderligere oplysninger om handskernes ydeevne i forbindelse med specifikke kemikalier.
Data for kemikalier er tilgængelige ved henvendelse til Mölnlycke Health Care.

Den faktiske varighed af den beskyttelse, der ydes på arbejdspladsen, kan variere betydeligt fra disse ydeevneniveauer på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevnen, eksempelvis temperatur, slitage og nedbrydning.

Disse oplysninger afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelsen på arbejdspladsen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier.

Kemikaliemodstandsevnen er vurderet under laboratorieforhold og ud fra prøver, der udelukkende er taget fra håndfladen (undtagen i tilfælde, hvor handsken er lig med eller over 400 mm, hvor manchetten også testes) og har kun relevans for det testede kemikalie. Ydeevnen kan være anderledes, hvis kemikaliyet anvendes i en blanding.

Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnede til den tilsigtede anvendelse, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra typetesten, afhængigt af temperatur, slitage og nedbrydning.

Under anvendelse kan beskyttelseshandsker eventuelt yde mindre modstandsdytighed over for det farlige kemikalie på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, hvis handsken hænger fast, friktion, nedbrydning på grund af den kemiske kontakt osv. kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. Ved korroderende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal tages i betragtning i valget af kemikaliemodstandsdytige handsker.

Inden anvendelse skal handskerne efterses for mulige defekter eller mangler.

Gennemtrængningsmodstanden er vurderet under laboratorieforhold og har kun relevans for den testede prøve.

FORHOLDSREGLER:

Handsker, der er blevet beskadiget under brug, skal tages af og udskiftes, så snart en skade registreres.

BORTSKAFFELSE:

Brugte handsker/ærmer kan være blevet kontamineret med infektiøse eller andre farlige materialer. Bortskaffes i henhold til de regler, der er fastlagt af de lokale myndigheder.

EU-typeafprøvningsattest fra BSI Group [nr. 2797], og bemyndiget organ for forordning [EU] nr. 2016/425 er BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Vedrørende overensstemmelseserklæring, se www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 type C



Handskerne fås i størrelse 5,5 til 9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

Handskerne fås i størrelse 5,5 til 8,5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

FI PPE-tuotteiden käyttöohjeet Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.

Käsineet ovat EU:n asetuksen 2016/425 (henkilösuojaimet) ja EN420:2003+A1:2009 -standardien mukaisia.

KÄYTTÖ:

Tuote on kertakäyttöinen

EU:n asetus 2016/425, III luokka, monimutkainen tuote. Käsineet on suunniteltu suojaamaan mikro-organismeita. Käsineet ovat nestekestäviä, ja niitä voidaan käyttää roiske-suojana tietyiltä kemikaaleilta.
Ota yhteyttä Mölnlycke Health Careen, jos tarvitset lisätietoja tietyistä kemikaaleista ja käsineiden ominaisuuksista.
Kemikaaleja koskevia tietoja saa Mölnlycke Health Carelta.

Suojauksen kestävyys työympäristössä voi vaihdella huomattavasti näistä ominaisuustasoista muiden tekijöiden, kuten lämpötilan, hankauksen ja hajoamisen takia.

Tiedot eivät kuvaa varsinaista suojauksen kestävyyttä työympäristössä tai erottele seoksia ja sekoittamattomia kemikaaleja.

Kemiallinen resistanssi on arvioitu laboratorio-olosuhteissa käsineen kämmenosaasta otettujen näytteiden perusteella (paitsi mikäli käsine on vähintään 400 mm, jolloin myös ranneke testataan) ja kattaa ainoastaan testatut kemikaalit. Resistanssi voi olla erilainen, mikäli kemikaalia käytetään seoksena.

On suositeltavaa tarkistaa käsineen soveltuvuus käyttötarkoitukseseen, koska työympäristön olosuhteet voivat poiketa tyypistestauksesta lämpötilan, hankauksen ja hajoamisen suhteen.

Käytettäessä suojakäsineet voivat kestää huomoinn in vaarallisia kemikaaleja fyysisten ominaisuuksien muutosten vuoksi. Liike, tarttuminen, hankaus, kemikaalin aiheuttama hajoaminen tms. voi lyhentää varsinaista käyttöaika selvästi. Korrosiivisten kemikaalien käsittelyssä hajoaminen voi olla tärkein tekijä, joka on otettava huomioon kemikaalia kestävän käsineen valinnassa.

Tarkista käsineet ennen käyttöä vikojen ja virheiden varalta.

Puhkeamisen kesto on arvioitu laboratorio-olosuhteissa ja koskee ainoastaan testattua näytettä.

VAROITIMET:

Vahingoittuneet käsineet on riisuttava ja vaihdettava heti vaurion huomaamisen jälkeen.

HÄVITTÄMINEN:

Käytetyt käsineet/hihat voivat olla infektiivien tai muiden haitallisten aineiden kontaminoimia. Hävitettävä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

EU-tyyptestaustodistuksen antaja BSI Group [No 2797], joka on ilmoitettu laitos asetuksen [EU] 2016/425 mukaisesti: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Vaatumusten mukaisuusvakuutus on osoitteessa www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type C



Käsineet ovat saatavana koossa 5,5–9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

Käsineet ovat saatavana koossa 5,5–8,5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

NL Gebruiksaanwijzing PBM-producten voor Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Indicator System, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator System, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator System, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove.

Deze handschoenen voldoen aan Richtlijn [EU] 2016/425 [Persoonlijke beschermingsmiddelen]. De handschoenen voldoen aan EN420:2003+A1:2009.

GEBRUIK:

Uitsluitend voor eenmalig gebruik

Richtlijn [EU] 2016/425 categorie III product met complex design. De handschoenen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen micro-organismen. De handschoenen zijn vloeistofbestendig en kunnen worden gebruikt voor spatbescherming tegen bepaalde chemische stoffen. Neem contact op met Mölnlycke Health Care als u meer informatie nodig hebt over het prestatieniveau van de handschoenen met specifieke chemische stoffen. Chemische gegevens zijn verkrijgbaar bij Mölnlycke Health Care.

De werkelijke beschermperiode op de werkplek kan aanzienlijk verschillen, vanwege andere factoren die invloed uitoefenen op de prestaties, zoals temperatuur, krassen en degradatie.

Deze informatie vertegenwoordigt niet de werkelijke beschermperiode op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemische stoffen.

De chemische weerstand werd beoordeeld binnen laboratoriumcondities uit monsters die uitsluitend van de palm zijn afgenomen (behalve in gevallen waarin de handschoen even lang is als of langer is dan 400 mm, in welk geval de manchet ook werd getest) en heeft uitsluitend betrekking op de geteste chemische stof. Het resultaat kan verschillen als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt.

Het wordt aanbevolen dat u controleert of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, aangezien de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van het testtype, afhankelijk van de temperatuur, krassen en degradatie.

Beschermende handschoenen kunnen tijdens het gebruik minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemische stof vanwege wijzigingen in fysieke eigenschappen. Bewegingen, vasthaken, wrijven, degradatie veroorzaakt door het chemische contact enz. kunnen de werkelijke gebruikstijd aanzienlijk reduceren. Bij corrosieve chemische stoffen kan degradatie de belangrijkste factor zijn waarmee bij de selectie van handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen, rekening moet worden gehouden.

Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolmaaktheden.

De weerstand tegen penetratie werd beoordeeld binnen laboratoriumcondities en heeft uitsluitend betrekking op het geteste specimen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Handschoenen die tijdens het gebruik beschadigd zijn geraakt, moeten worden verwijderd en vervangen zodra deze schade is waargenomen.

AFVOER:

Gebruikte handschoenen/mouwen zijn mogelijk gecontamineerd met besmettelijke of andere gevaarlijke materialen. Gooi ze weg in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Onderzoekscertificaat van het EU-type van BSI Group [Nr. 2797], de aangemelde instantie voor Richtlijn [EU] 2016/425 [BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands]

Raadpleeg www.molnlycke.com/Declaration-of-Conformities voor de conformiteitsverklaring

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type C



De handschoenen zijn verkrijgbaar in maat 5,5 tot 9 [Biogel Surgeons, Biogel Super-Sensitive, Biogel Eclipse, Biogel Eclipse Indicator Underglove, Biogel Skinsense, Biogel Skinsense Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch, Biogel PI Indicator Underglove, Biogel PI Micro, Biogel PI Micro Indicator Underglove, Biogel PI UltraTouch S, Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove]

De handschoenen zijn verkrijgbaar in maat 5,5 tot 8,5 [Biogel Eclipse Indicator System, Biogel PI Micro Indicator System, Biogel Indicator System, Biogel PI Indicator System, Biogel Skinsense Indicator System, Biogel PI UltraTouch S Indicator System]

Tested Chemical : 40% Sodium Hydroxide

No.	Product Description	Product Code	Permeation Performance Level [EN16523-1:2015]	Chemical degradation, Mean % [EN374-4]
1	Biogel Surgeons	822	Level 6	-66
2	Biogel Surgeons	961	Level 6	-108
3	Biogel Super-Sensitive	825	Level 6	-13
4	Biogel Indicator Underglove	312	Level 6	-3
5	Biogel Eclipse	751	Level 6	-9
6	Biogel Eclipse Indicator Underglove	732	Level 6	-45
7	Biogel Skinsense	509	Level 6	-19
8	Biogel Skinsense Indicator Underglove	406	Level 6	-11
9	Biogel PI UltraTouch	409	Level 6	-58
10	Biogel PI Indicator Underglove	416	Level 6	-95
11	Biogel PI Micro	485	Level 6	-41
12	Biogel PI Micro Indicator Underglove	489	Level 6	-34
13	Biogel PI UltraTouch S	455	Level 6	-50
14	Biogel PI UltraTouch S Indicator Underglove	459	Level 6	-24

The indicator system consists of two products: overglove and underglove.

Biogel Indicator System [3+4], Biogel Eclipse Indicator System [5+6], Biogel Skinsense Indicator System [7+8], Biogel Indicator System [9+10], Biogel PI Micro Indicator System [11+12], Biogel PI UltraTouch S Indicator System [13+14].

For permeation performance level and degradation data of indicator system, please refer to the respective overglove and underglove listed in the table above.



Keep away from sunlight



25°C
77°F
5°C
41°F

Manufacturer
Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden
www.molnlycke.com



Ref no: N/A
Component Type: IFU
Created by: Anders Hansen
Artwork version: 10
Date: 191212

Colour information

 Black